

I laboratori Next Lab Italy potrebbero non accettare il campione biologico ricevuto e quindi richiedere la ripetizione del prelievo o una nuova raccolta campione, per esempio qualora si verificasse uno dei seguenti casi:

1. Campione insufficiente (per esempio per scarsa cellularità);
2. Campione emolizzato;
3. Campione coagulato;
4. Campioni non correttamente identificati;
5. Non corrispondenza tra i dati anagrafici riportati sulla provetta e/o sul contenitore e i dati anagrafici riportati sulla richiesta;
6. Tipologia di provette e/o contenitori non idonei all'esecuzione dei test richiesti (per esempio campioni NIPT eseguiti in provette non STRECK);
7. Campioni con temperatura di trasporto/conservazione non idonei all'esame richiesto;
8. Campioni arrivati in laboratorio oltre i termini di stabilità.

Nel caso in cui non siano soddisfatti i sopracitati requisiti di idoneità, a seconda del tipo di esame, il laboratorio provvede ad avvisare lo specialista inviante o telefonicamente o mediante l'emissione di una non conformità, di cui si richiederà risoluzione in forma scritta.

A seconda della non conformità rilevata potrebbe essere richiesto l'invio di un nuovo campione biologico per il quale il paziente dovrà sottoporsi a un nuovo prelievo a un nuovo campionamento biologico.